

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๖ รายการ
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโขeng สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโขeng โดยจะมีการดำเนินการก่อสร้างศูนย์บำบัดและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ณ โรงพยาบาลเมืองโพนโขeng แขวงเวียงจันทน์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดทำเครื่องข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การบริหารและการให้บริการด้านสาธารณสุข

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโขeng ให้เป็นศูนย์บำบัดและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขในเขตเมือง โดยบุคลากรที่เหมาะสม อาทิ 医師 พยาบาล เวชกรฉุกเฉิน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไหร่นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อด้วยวิธีประมวลราคา
อเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ณ วันประกาศประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๑ เตียงฟาวเลอร์ แบบ ข จำนวน ๑๐ เตียง

๑. ความต้องการ เตียงผู้ป่วย จำนวน ๑๐ เตียง

๒. วัสดุประสนงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นเตียงผู้ป่วยที่ใช้ในห้องพักผู้ป่วยทั่วไป

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเตียงผู้ป่วยที่ใช้ในห้องพักผู้ป่วยทั่วไป ปรับท่าโดยการใช้มือหมุน มีพื้นเตียงแบ่งเป็นส่วนหลัง ส่วนสะโพก ส่วนต้นขา

๓.๒ มีราวกันเตียงด้านข้าง สามารถพับเก็บลงได้ อยู่ระดับเดียวกับระดับที่นอน

๓.๓ เบาะของเตียงสามารถกันของเหลวซึมผ่าน และสามารถยกออกเพื่อทำความสะอาดได้

๓.๔ ฐานรองที่นอนบุด้วยไม้อัด

๕. คุณสมบัติทางเทคนิค

๕.๑ พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑๗ นิ้ว ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม

๕.๒ พื้นเตียงบุด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร

๕.๓ มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๒ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข้าให้อยู่ใน ลักษณะของขาได้

๕.๔ มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่

๕.๕ ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมที่นอน)

๕.๖ อุปกรณ์ประกอบด้วย ม้าเข็นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี พื้นบุด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร รวมกันเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าในทุกรายละเอียดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสาธิมาก่อน

๖.๓ ผู้ขายจะต้องทำการแนะนำการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๔ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาอังกฤษ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

รายการที่ ๒ เครื่องดูดเสมหะ พร้อมอุปกรณ์


๑. ความต้องการ เครื่องดูดเสมหะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ดูดเสมหะผู้ป่วย
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นเครื่องดูดเสมหะติดตั้ง ชนิดเคลื่อนที่ได้
 - ๓.๒ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดทิ้ว
 - ๔.๒ ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๙ ปอนด์ หรือไม่เกิน ๙ กิโลกรัม
 - ๔.๓ Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
 - ๔.๔ มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐-๐.๘ บาร์หรือไม่น้อยกว่า ๐-๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
มีปุ่มปรับแรงดูดสามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
 - ๔.๕ มีขดบารุงเสมหะ
 - ๔.๖ มีระบบป้องกันเสมหะในชุดลันเข้าเครื่อง
๕. อุปกรณ์ประกอบ
 - ๕.๑ สายไฟ (Main Cable) จำนวน ๑ เส้น
 - ๕.๒ ท่อดูด (Suction Tubing) แบบชิลิโคล สามารถถอดเชื่อมได้ จำนวน ๑ เส้น
๖. การทดสอบ

ผู้ขายจะต้องทำการทดสอบเครื่อง จากการใช้งานจริงในการตรวจรับ โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
๗. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๗.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันสินค้าในทุกรุ่นที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ๆ ทั้งสิ้น
 - ๗.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสาธิตมาก่อน
 - ๗.๓ ผู้ขายจะต้องทำการแนะนำการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 - ๗.๔ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาอังกฤษ

รายการที่ ๓ รถเข็นทำแผล

๑. ความต้องการ รถเข็นทำแผล จำนวน ๒ คัน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับบรรทุกอุปกรณ์ในการทำแผลผู้ป่วย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
- ๓.๒ มีลักษณะเด่นในการเคลื่อนย้าย
- ๓.๓ มีขั้นสำหรับวางของใช้ต่าง ๆ ๒ ชั้น

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค


- ๔.๑ เป็นรถเข็นทำแพลงนิดมีอ่าง
- ๔.๒ โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๔.๓ ขันบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ ๗ ที่ มีที่วางกระปุกสำลีประมาณ ๓ ที่
- ๔.๔ มีล้อ ๒ ช่อง
- ๔.๕ มีราวโลหะไม่เป็นสนิมกันกันของหล่น ๓ ด้าน ทั้ง ๒ ชั้น
- ๔.๖ ติดล้อทั้ง ๔ ล้อ
- ๔.๗ มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
- ๔.๘ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๗ x ๒๙ x ๓๒ นิ้ว
- ๔.๙ อุปกรณ์ประกอบ
 - (๑) ถาดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ
 - (๒) อ่างกลมโลหะไม่เป็นสนิม ๑ ใบ
 - (๓) ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ



๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าในทุกราย ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี
- ๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รายการที่ ๔ รถเข็นผ้าเบื้อง

๑. ความต้องการ รถเข็นผ้าเบื้อง จำนวน ๒ คัน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้เป็นรถเข็นใส่ผ้าเบื้องเพื่อนำไปทำความสะอาด
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๓.๑ รถเข็นมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๕ เซนติเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร และ มีขนาดความสูงจากพื้นถึงขอบบนไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร
 - ๓.๒ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส มีฝาปิดเปิดได้ทำด้วยสแตนเลส
 - ๓.๓ โครงสร้างด้านข้างรถเข็นทำจากโลหะ พร้อมราวกับสำหรับเข็นทำจากสแตนเลส มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด
 - ๓.๔ ติดตั้งล้อ ๔ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตาก่ายไม่เป็นสนิมทั้ง ๔ ด้าน

๔.๒ พื้นทำด้วยโลหะ

๔.๓ มีล้ออย่างจำนวน ๔ ล้อ

๔.๔ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๕ x ๗๐ เซนติเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าในทุกราย ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสาธิตมาก่อน

รายการที่ ๕ รถเข็นชนิดนอน

๑. ความต้องการ รถเข็นชนิดนอน จำนวน ๒ คัน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติที่ไป เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีความแข็งแรงทนทาน

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหารม

๔.๒ โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว

๔.๓ ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ

๔.๔ มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๔.๕ มีล้อใหญ่ ๒ ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก ๒ ล้อ

๔.๖ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๒๐๐ x ๘๐ เซนติเมตร

๔.๗ อุปกรณ์ประกอบ

(๑) เสาแน็กลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ๑ อัน

(๒) เปลหารมทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือโลหะไม่เป็นสนิม มีเบาะหุ้มหนังเทียม

(๓) รวมกันเตียง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าในทุกราย ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสาธิตมาก่อน

ลงชื่อ..... ประ ранกรรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

รายการที่ ๖ เครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้น

๑. ความต้องการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับตรวจวัดการเต้นของชีพจร และความดันโลหิตให้แก่ผู้ป่วย
๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดproto แบบตั้งพื้น มีล้อเลื่อน
- ๓.๒ ฐานตัวเครื่องทำด้วยโลหะมีความทนทาน แข็งแรง
- ๓.๓ มีที่จับสำหรับเข็นไปมา
- ๓.๔ มีข่องเก็บอุปกรณ์อยู่ภายในเครื่อง

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้proto แบบตั้งพื้น
- ๔.๒ proto บรรจุอยู่ในหลอดแก้วใส่ที่มีคุณสมบัติproto ไม่แตกติด
- ๔.๓ สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงระหว่าง ๐-๒๕๐ มิลลิเมตรproto (mmHg)
- ๔.๔ ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้
- ๔.๕ มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก
- ๔.๖ อุปกรณ์ประกอบ
 - (๑) ผ้าพันแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปกติ จำนวน ๑ ชุด
 - (๒) สายยางจากผ้าพันแขนไปตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน
 - (๓) ลูกยางสำหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้น เปิด-ปิด บีบได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุม
ความดัน จำนวน ๑ อัน

๕. เงื่อนไข


- ๕.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าในทุกรายที่ เกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสาธิตรมาก่อน
- ๕.๓ ผู้ขายจะต้องทำการແນงนำร่องให้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ๆ ทั้งสิ้น
- ๕.๔ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาอังกฤษ

๕. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๖. การยกเว้นอาการรวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการนำเข้าสัดไปยังสาธารณรัฐประชาชนลาว

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการขอยกเว้นอาการ รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมาย และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะอำนวยความสะดวกและจัดทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งออกครั้งนี้ และดำเนินการขอยกเว้นอาการ รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในกรณีนำเข้าตามระเบียบและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนลาว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

๗. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

๗.๑ ผู้ขายต้องจัดทำบัญชีรายละเอียดราคางานสินค้า (Invoice) และบัญชีรายการบรรจุที่บห่อหัวน้ำหนักรวมทั้งหมด (Packing list) ของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๖ รายการ รวมทั้งวัสดุที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคที่จะนำเข้าไปในสาธารณรัฐประชาชนอิปไตยประชาชนลาว เพื่อขอยกเว้นอากรนำเข้าและส่งออก (ถ้ามี) รวมทั้งภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนอิปไตยประชาชนลาวในการจัดทำ Invoice & Packing list ผู้ขายจะต้องดำเนินการก่อนการแจ้งส่งมอบอย่างเป็นทางการโดยกำหนดให้การขนส่งเป็นแบบ door to door

๗.๒ ปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออกตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ให้ครบถ้วน ในการส่งออกจากประเทศไทยไปยังโรงพยาบาลเมืองโพนโยว สาธารณรัฐประชาชนอิปไตยประชาชนลาว

๗.๓ ปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้าตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าของสาธารณรัฐประชาชนอิปไตยประชาชนลาว ให้ครบถ้วนโดยดำเนินการเคลียร์สินค้าและนำส่งไปยังโรงพยาบาลเมืองโพนโยว สาธารณรัฐประชาชนอิปไตยประชาชนลาว

๘. การขนส่งและติดตั้ง ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่ง ประกอบ และติดตั้งให้สามารถใช้งานได้

๙. เนื่องจากการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบตามสัญญาแก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลเมืองโพนโยว แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชนอิปไตยประชาชนลาว โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้ซื้อ

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๖ รายการ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย


๑๑. สถานที่ส่งมอบงาน

โรงพยาบาลเมืองโพนโยว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชนอิปไตยประชาชนลาว
Phonhong Hospital, The North No. 13 Rd., Phonsitay Village, Phonhong District,
Vientiane Capital Lao PDR.

๑๒. วงเงินในการจัดหา

จำนวนเงิน ๒๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

๑๓. ตารางสรุปรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑. เตียงพาวเลอร์ แบบ ๖	๑๐	เตียง
๒. เครื่องดูดเสมหะ พร้อมอุปกรณ์	๑	เครื่อง
๓. รถเข็นทำแผล	๒	คัน
๔. รถเข็นผ้าเปื้อน	๒	คัน
๕. รถเข็นชนิดนอน	๒	คัน
๖. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	๒	เครื่อง

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม อาคาร บี ชั้น ๘ ทิศใต้ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๓๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๕๐๔ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓๗๓๓๑

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ